PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE / CARE AND MAINTENANCE / VERZORGING EN ONDERHOUD

HÅNDVASKES - VARMT** / HAND WASH - WARM**/ HANDWAS - WARM**

DRYPTØRRES LODRET ELLER PÅ FLADT GRUNDLAG** / DRIP DRY OR FLAT DRY** / TE DROGEN HANGEN OF LEGGEN**

TÅLER IKKE KLOR / DO NOT BLEACH / NIET BLEKEN

MÅ IKKE STRYGES / DO NOT IRON / NIET STRIJKEN

MÅ IKKE RENSES / DO NOT DRY CLEAN / NIET CHEMISCH REINIGEN

MÅ IKKE OPVRIDES / DO NOT WRING / NIET UITWRINGEN

DANSK

*Gennemsnitlige kompressionsniveauer forefindes ved anklen i siddende position. Grundet det uelastiske materiale, varierer kompressionsniveauerne afhængigt af position. Når båndende er placeret parallelt skal de overlappe en anelse, så der ikke er mellemrum mellem båndene. Disse beklædningsgenstande er ikke designet til at blive klippet i eller ændret på nogen anden måde. Hvis man gør dette vil den begrænsede 1 årige garanti bortfalde på (Premium) og den halvårige ligeledes på (Essentials).

**For at forlænge Juxta-Fit™ støttestrømpens holdbarhed skal den håndvaskes og dryptørres lodret eller på fladt grundlag, Strømpen kan dog også maskinvaskes på uldvask og tørretumbles på laveste temperatur. Hvis man gør dette, kan det anbefales at lægge strømperne i et pudebetræk for at holde krogmaterialet fri for fnug og for ikke at forvolde skade på andet tøj. Skulle der samles fnug på fanerne kan det fjernes med en pincet.

ENGLISH

*Average compression levels are at the ankle while in a seated position. Due to the inelastic nature of material, compression levels will vary with position. When bands are placed in parallel they should slightly overlap, leaving no space between bands. These garments are not designed to be cut or modified in anyway. Doing so will void the one year limited warranty (Premium) and the six month limited warranty (Essentials).

**To extend the life of the Juxta-Fit™ Legging hand wash and drip or flat dry. However, the garments can also be machine washed using a gentle cycle and dried on a low heat setting. If doing so, it is recommended that the garment be placed in a pillow case to keep the hook material lint free and to prevent possible damage to other clothing. Should lint collect on the tabs, it can be removed with tweezers.

NEDERLANDS

*Gemiddelde drukniveaus bevinden zich in de enkel in een zittende houding. Door de inelastische aard van het materiaal variëren de drukniveaus met de houding. Als de banden parallel aan elkaar geplaatst zijn, zouden ze enigszins moeten overlappen, zodat er geen ruimte tussen de banden zit. Deze kledingstukken zijn niet ontworpen om bijgesneden of aangepast te worden. Gebeurt dit wel, dan word de beperkte garantie van één jaar (Premium) en de beperkte garantie van een half jaar (Essentials) tenietgedaan.

**Was de legging met de hand en hang of leg deze te drogen om de levensduur van de Juxta-Fit™ legging te verlengen. De kledingstukken kunnen echter ook in de machine gewassen worden op een mild programma en lage temperatuur. In dat geval wordt aangeraden het kledingstuk in een kussensloop te doen om het materiaal van de haak stofvrij te houden en eventuele schade aan andere kleding te voorkomen. Mocht er stof op de haken komen, dan kan dit met een pincet worden verwijderd.

JF-SLL-INT-DFU-110912-02

JUXTA-FIT™

PREMIUM & ESSENTIALS

STANDARD LOWER LEGGING
STANDARD NEDRE LEGGING
STANDAARD LOWER LEGGING

20-30, 30-50 or 50+ mmHg*

DANSK 1
ENGLISH 4
NEDERLANDS 7

CIRCAID® by medi

CircAid Medical Products, Inc.
9323 Chesapeake Drive, Suite B2
San Diego, CA 92123 U.S.A.
01-858-576-3550

EC REP

MDSS
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

ANVENDELSES INSTRUKTIONER

COMFORT BENFOER™ MED KOMFORT KOMPRESSION ANKELSTRØMPE™ ▼

KOMFORT KNÆSTRØMPER™ ▼

VED BRUG AF COMFORT LEG LINER™ (KOMFORT BENFOER™) SAMMEN MED COMFORT COMPRESSION ANKLET™ (KOMFORT KOMPRESSIONS ANKELSOK™): Juxta-Fit™ Leggingen er sikker at bruge direkte på huden, dog giver Comfort Leg Liner™ (Komfort Benforet™) bedre beskyttelse af både beklædningen samt huden. Rul Comfort Leg Liner™ (Komfort Benforet™) på benet før du iører dig ankelstrømpen eller leggingen. Rul Comfort Compression Anklet™ (Komfort Ankelsokken™) på foden og vær sikker på, at den er rullet langt nok over ankelknoglen, så den overlapper leggingen. Hiv den øverste del af ankelsokken over den n ederste del af foret efter at foret er blevet iført. Forsikre også, at der ikke er krøller i foret, hvor det er stoppet ind til ankelsokken. Opstår der irritation grundet ankelsokkens kant trækkes toppen af ankelsokken over den nederste del af leggingen efter at leggingen er iført. Forsæt til "Iføring af Juxta-Fit™ Legging" nedenfor.

HVIS DU BURGER COMFORT KNEE-HIGH SOCKS™ (KOMFORT KNÆSTRØMPER™) OG ANKLE-FOOT WRAP (AFW) (ANKLE FODOMSLAG): Rul Comfort Knee-High Socks™ (Komfort Knæstrømper™) op på benet før iføring af ankel fodomslag. Se ankel fodomslag vejledningen om nødvendigt. Forsæt til "Iføring af Juxta-Fit™ nedenfor.

IFØRING AF JUXTA-FIT™ LEGGINGEN:

TRIN 1: Læg leggingen sorte side mod huden. Udroll de to øverste bånd og fastgør dem løst på skinnebenet lige under knæhasen for at forankre leggingen på plads. ***Bemærk: CircAid® logoet indikerer leggingens nederste bånd.***



TRIN 2: Udroll de nederste to bånd, træk dem ovenover og nedenunder hinanden henover forsiden af benet og fastgør dem til ydersiden af leggingen, når et fast og komfortabelt tryk er opnået. Når Premium leggingen bruges skal krogfanerne fastgøres til de respective logo sektioner på ydersiden af beklædningen.

TRIN 3: Før fastgørelse af det andet bånd fra neden, frigør det tredje bånd fra neden. Mens andet og tredje bånd er holdt spændt, trækkes det andet bånd fra bunden til en stram komfortabel kompression og fastgør det til ydersiden af leggingen. Vinkel hvert bånd individuelt for at opnå en rar og runkefri pasform. Fortsæt med at fastgøre båndene et for et op ad benet, og træk for at opnå stram og komfortabel kompression. Vær opmærksom på, at båndene er placeret skiftevist og placeret i de modsatte huller. TRIN 3 ▼

TRIN 4: Når alle band er fastgjort, undersøg beklædningen, krøller eller folder og indstil båndene om nødvendigt. Hvis der stadigt er huller, indstil da hvert bånd fra bunden af beklædningen. Beklædningen skal ligge helt fladt op ad benet. Båndene skal måske trækkes i forskellige retninger for at sikre en perfekt beklædningskontur op ad benet. Med hensyn til Juxta-Fit™ Premium leggings forsikre at der er kontakt mellem krogfanerne og i det mindste en bid af de vævede løkkestykker for at forlænge beklædningens holdbarhed. Toppen af foret kan foldes over det øverste stykke af leggingen. ***Bemærk: Løsn båndene en smule til natten.***

LAD VÆR MED AT STOPPE BÅNDENE IND I LEGGINGEN. VELCRO® KROGEN SKAL ALDRIG RØRE HUDEN!

TRIN 5: Indstil båndende efter behov dagen igennem for at sikre en stram og komfortabel compression. Comfort Compression Anklet™ (Komfort Kompression Ankelsokken™) kan bæres nat og dag, men det tilrådes, at fjerne sokken, hvis man oplever ubehag, mens man iigger ned.

TRIN 6: Bruges Comfort CoverUp™ (Komfort Betræk™) sikre at alle krogfaner på Juxta-Fit™ leggingen er sikkert fastgjorte og rul Comfort CoverUp™ (Komfort Betrækket™) over beklædningen. Fastgør det til leggingen ved at bruge krogfanerne på den øverste kant ad Komfort Betrækket. ***Bemærk: Comfort CoverUp™ (Komfort Betrækket™) kan bruges for at undgå samling af fnug på fanerne og for at beskytte linned etc. om natten.***

Træk båndene til en stram og komfortabel Kompression eller hvis anvist af en sundhedfaglig medarbejder, følg trinene nedenfor for at sætte trykket til det foreskrevne niveau.

ANVENDELSE AF BUILT-IN PRESSURE SYSTEM™ (BPS™) (det indbyggede tryksystem (BPS™):

TRIN 1: Lokaliser BPS™ kortet i din pakke.

TRIN 2: Start med det nederste bånd, tegn tryk guidelinjen på beklædningen op med linjekortet markeret med ▼.

TRIN 3: Bemærk hvor den anden tryk guidelinje er på beklædningen I forhold til den korrekte farvekodede tryk rate på kortet. (Fig. A, B, and C)



▲ **Fig. A** Korrekt indstillet til 30-50mmHg

▲ **Fig. C** For meget spænding til 30-50mmHg, Indstillet til 50mmHg+

▲ **Fig. B** Ikke nok spænding til 30-50mmHg

TRIN 4: Hvis tryk guidelinjen på beklædningen enten falder langt under (Fig. B) eller går under den korrekte tryk rate (Fig, C) genindstil båndet efter behag, så den anden guidelinje er sammenfaldende med den foreskrevne trykrate. (Fig. A) Løsn båndet helt før genanvendelse, hvis for meget tryk er blevet brugt.

TRIN 5: Gentag BPS™ trin 2-4 for hvert bånd, der går op ad benet. Vær sikker at indstil til den SAMME spænding på BPS™ kortsskalaen som det nederste bånd. Bånd skal om nødvendigt indstilles gennem dagen for at vedligeholde den foreskrevne trykskala.

AFTAGNING:
Frigør hvert bånd fra leggingen, start fra toppen og arbejd dig vej ned. Fold hvert bånd tilbage på beklædningen. Lad være med at rule båndet for stramt tilbage, da det kan få krogmaterialet til at bøje, hvilket formindsker dets klæbekraft. Når fuldført skal beklædningen ligne dets startsform for nem påføring. Bruges Comfort Compression Anklet™ (Komfort Kompression Ankelsok™), rul denne at foden. Bruges et ankel fodomslag, følg venligst Ankle-Foot Wrap's instruktionsvejledning for iføring og aftagning. Som det sidste punkt, rul sokken eller foret af benet.

HUSK: Juxta-Fit™ leggingen skal aldrig gøre ondt. Den skal føles stram og komfortabel. Hvis presset under brug forøges eller minimeres løsn eller stram båndene. Forsikre altid, at den korrekte foreskrevne trykrate bruges. Løsn båndene på leggingen en smule til natten. Hvert set af vertikale guidelinjer kan være på et forskelligt område af benet afhængigt af benets størrelse og form. De behøver ikke at følge benets forreste center eller noget andet specifikt område på benet. Comfort Compression Anklet™ (Komfort Kompressions Ankelsokken™) kan bæres dag og nat, men det anbefales at Komfort Kompressions Ankelsokken™ aftages, hvis man oplever ubehag, når man ligger ned. Ankelsokken kan bæres over leggingen, hvis overfølsomhed overfor den ribbede kant opleves.

HVIS DU OPLEVER SMERTE, SÅ TAG JUXTA-FIT™ LEGGINGEN AF ØJEBLIKKELIGT OG KONTAKT DIN LÆGE.

PREMIUM PAKKEN INDEHOLDER:
En (1) Juxta-Fit™ Standard Premium Legging
Et (1) par Komfort Sølv Benfoer™ eller Komfort Sølv Knæstrømper™

DEN ESSENTIELLE PAKKE INDEHOLDER:
En (1) Juxta-Fit™ Standard Essentielle Legging
Et (1) par Komfort Benfoer™ eller Komfort Knæstrømper™

PAKKEN KAN OGSÅ INDEHOLDE:
Et (1) par Komfort Kompression Ankelstrømper™
En (1) Komfort EZ Enkeltbånd Ankel-Fod Omslag™
En (1) Comfort PAC Band™

Hvis nogle af disse genstande mangler kontakt venligst CircAid® kundeservice på telefon: (800)-CIRCAID (247-2243) eller på email: orders@circaid.com.
Instruktions videoer finds på www.circaid.com.

DIRECTIONS FOR USE

IF USING THE COMFORT LEG LINER™ WITH THE COMFORT COMPRESSION ANKLET™: The Juxta-Fit™ Legging is safe to use directly on the skin, however, the Comfort Leg Liner™ offers further protection to both the garment and the skin. Slide the Comfort Leg Liner™ onto the leg before donning the anklet or legging. Slide the Comfort Compression Anklet™ onto the foot and ensure that it is pulled high enough above the ankle bone so that it will overlap with the legging. Pull the top part of the anklet over the bottom part of the liner after the liner has been donned. Also ensure that there are no wrinkles in the liner where it is tucked into the anklet. If irritation to the anklet's cuffed edge is a concern, pull the top edge of the anklet over the bottom part of the legging after the legging has been donned. Proceed to "Donning the Juxta-Fit™ Legging" below.

IF USING THE COMFORT KNEE-HIGH SOCKS™ AND ANKLE-FOOT WRAP (AFW): Slide the Comfort Knee-High Socks™ onto the leg before donning the Ankle-Foot Wrap. See the ankle-foot wraps' directions for use as needed. Proceed to "Donning the Juxta-Fit™ Legging" below.

DONNING THE JUXTA-FIT™ LEGGING:
STEP 1: Align legging with black side against skin. Unroll the top two bands and loosely secure them around the calf just below the knee crease to anchor the legging in place.
Note: The CircAid® logo indicates the bottom most band of legging.

STEP 2: Unroll the bottom two bands, pull them above and below each other across the front of the leg and secure them to the outside of the legging once firm and comfortable compression has been achieved. If using the Premium legging, the hook tabs may be secured to the respective woven loop sections on the outside of the garment.



STEP 3: Before securing the second band from the bottom, disengage the third band from the bottom. While holding the second and third bands taut, pull the second band from the bottom to firm and comfortable compression and secure it to the outside of the legging. Angle each band individually to achieve a snug and wrinkle-free fit. Continue securing bands one at a time going up the leg, pulling to firm and comfortable compression. Also adjust the top two bands to firm and comfortable compression. Pay close attention to ensure that the bands are attached in an alternating order and that they are being placed into the opposing gaps.

STEP 4: Once all of the bands are secured, inspect the garment for any gaps, creases, or folds and adjust the bands as necessary. If gaps are still present, return to the bottom of the garment and readjust each band accordingly. The garment should lay flat against the leg. The bands may need to be pulled at different angles to make the garment contour perfectly against the leg. For Juxta-Fit™ Premium leggings, ensure that there is contact between the hook tabs and at least a portion of the woven loop patches to extend the life of the garment. The top of the liner may be folded over the top edge of the legging.

STEP 5: Readjust the bands as needed throughout the day to provide firm and comfortable compression. The Comfort Compression Anklet™ may be worn day and night, but removal is recommended if experiencing discomfort when lying down. ***Note: Slightly loosen the bands for night-time wear.***

DO NOT TUCK BANDS. THE VELCRO® HOOK SHOULD NEVER TOUCH THE SKIN!

STEP 6: If using a Comfort CoverUp™ ensure all hook tabs on the Juxta-Fit™ legging are securely fastened and slide the Comfort CoverUp™ over the garment. Secure it to the legging using the hook tabs at the top edge of the Comfort CoverUp™. ***Note: The Comfort CoverUp™ can be worn to prevent the collection of lint on the tabs and to protect surrounding fabrics during night use.***

Pull bands to firm and comfortable compression, or if directed by a Healthcare Professional, follow steps below to set compression to the prescribed level.

USING THE BUILT-IN PRESSURE SYSTEM™ (BPS™):

STEP 1: Locate the BPS™ card in your packaging.

STEP 2: Starting with the bottom band, line up the pressure guide line on the garment with the line on card marked with ▼.

STEP 3: Note where the second pressure guide line on the garment is in relation to the correct color coded pressure range on the card. (Fig. A, B, and C)

STEP 4: If the pressure guide line on the garment either falls short (Fig. B) or goes beyond the correct pressure range (Fig. C), readjust the band as necessary so the second guideline is aligned with the prescribed pressure range (Fig. A). Completely loosen band before reapplying if too much tension has been applied.



▲ **Fig. A** Correctly Adjusted for 30-50mmHg

▲ **Fig. B** Not enough tension for 30-50mmHg

▲ **Fig. C** Too much tension for 30-50mmHg, Set to 50mmHg+

STEP 5: Repeat BPS™ Steps 2-4 for each band going up the leg. Be sure to adjust to the SAME tension on the BPS™ card scale as the bottom band. Bands may need adjusting throughout the day to maintain the prescribed pressure range.

REMOVAL:
Disengage each band of the legging, starting at the top and working your way down. Fold each band back onto the body of the garment. Do not tightly roll the band back onto itself as this will cause the hook material to bend, reducing its adherence strength. When complete, the garment should resemble its starting position for easy reapplication. If using the Comfort Compression Anklet™, slide it off the foot. If using an Ankle-Foot Wrap, follow the Ankle-Foot Wrap's directions for use for removal. Lastly, slide the sock or liner off the leg.

REMEMBER: The Juxta-Fit™ legging should never hurt. It should feel firm but comfortable. If pressure increases or decreases noticeably during wear, loosen or tighten any bands. Always ensure, however, that the correct prescribed pressure range is being applied. Slightly loosen the bands of the legging for night time wear. Each set of vertical guidelines may be at a different location on the leg depending on the size and shape of the leg. They do not need to be aligned down the front center of the leg or in any other specific location on the leg. The Comfort Compression Anklet™ may be worn day and night, but it is recommended that the Comfort Compression Anklet™ be removed if experiencing discomfort when laying down. The anklet can be worn over the legging if sensitivity to the ribbed edge is a concern.

IF EXPERIENCING ANY PAIN, IMMEDIATELY REMOVE THE JUXTA-FIT™ LEGGING AND CONSULT YOUR PHYSICIAN.

THE PREMIUM PACKAGE INCLUDES:

One (1) Juxta-Fit™ Standard Premium Legging
One (1) Pair of Comfort Silver Leg Liners™ or Comfort Silver Knee-High Socks™

THE ESSENTIALS PACKAGE INCLUDES:

One (1) Juxta-Fit™ Standard Essentials Legging
One (1) Pair of Comfort Leg Liners™ or Comfort Knee-High Socks™

THIS PACKAGE MAY ALSO INCLUDE:

One (1) Pair of Comfort Compression Anklets™
One (1) Comfort EZ Single-Band Ankle-Foot Wrap™
One (1) Comfort PAC Band™

If any of these items are missing, please contact CircAid® Customer Service by phone at (800)-CIRCAID (247-2243) or by email at orders@circaid.com.
Instructional videos are available at www.circaid.com.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

WANNEER DE COMFORT LEG LINER™ MET DE COMFORT COMPRESSION ANKLET™ GEBRUIKT WORDT:
De Juxta-Fit™ Legging is veilig om direct op de huid gedragen te worden, maar de Comfort Leg Liner™ biedt extra bescherming voor zowel het kledingstuk als de huid. Schuif de Comfort Leg Liner™ om het been voordat de anklet of legging aangetrokken wordt. Schuif de Comfort Compression Anklet™ om de voet en zorg ervoor dat het hoog genoeg boven het enkelgewricht wordt gedragen, zodat het de legging overlapt. Trek het bovenste deel van de enkelband over het onderste deel van de Liner, nadat de Liner is aangetrokken. Zorg er ook voor dat er geen kreukels in de Liner zitten als het in de enkelband is gestopt. Als er irritatie optreedt door de boord van de enkelband, trek dan de bovenste rand van de enkelband over het onderste deel van de legging, nadat de legging is aangetrokken. Ga verder met "De Juxta-Fit™ Legging aantrekken" hieronder.

WANNEER DE COMFORT KNEE-HIGH SOCKS™ EN DE ANKLE-FOOT WRAP (AFW) GEBRUIKT WORDT: Schuif de Comfort Knee-High Socks™ om het been voordat de enkel-voet wikkel aangetrokken wordt. Zie de gebruiksaanwijzing van de enkel-voet wikkel indien nodig. Ga verder met "De Juxta-Fit™ Legging aantrekken" hieronder.

DE JUXTA-FIT™ LEGGING AANTREKKEN:

STAP 1: Zorg dat de zwarte kant van de legging tegen de huid aan ligt. Rol de bovenste twee banden af en zet ze losjes om de kuit vast, net onder de knieholte, om de legging op zijn plaats te houden. ***N.B. Het CircAid® logo geeft de onderste band van de legging aan.***



STAP 2: Rol de onderste twee banden af en zet ze vast aan de buitenkant van de legging, als er een stevige en comfortabele druk ontstaat. Bij het gebruik van de Premium legging kunnen de haakjes vastgezet worden aan de geweven oogjes aan de buitenkant van het kledingstuk.

STAP 3: Maak de derde onderste band los voordat de tweede onderste band wordt vastgezet. Tijdens het strak vasthouden van de tweede en derde band, wordt de tweede onderste band bij een stevige en comfortabele druk vastgezet aan de buitenkant van de legging. Plaats elke band zo dat de legging nauwsluitend en kreukvrij vastzit. Ga door met de banden één voor één, van beneden naar boven vast te zetten met een stevige en comfortabele druk. Zet ook de bovenste twee banden vast zodat er een stevige en comfortabele druk ontstaat. Let goed op dat de banden afwisselend vastgezet worden en dat ze in de tegenoverliggende openingen geplaatst worden.

STAP 4: Als alle banden vastgezet zijn, kijk dan goed of er geen gaten, plooien of vouwen zijn ontstaan en stel de banden zo nodig bij. Als er nog steeds ruimten over zijn, ga dan terug naar de onderste band en stel alle banden bij. Het kledingstuk moet plat tegen het been liggen. Het kan nodig zijn de banden in verschillende posities te plaatsen, zodat het kledingstuk perfect tegen het been aan ligt. Zorg er bij Juxta-Fit™ Premium leggings voor dat de haakjes minstens een deel van de inzetstukken van de geweven oogjes raken, om de levensduur van het kledingstuk te verlengen. Het bovenste deel van de Liner kan over de bovenkant van de legging gevouwen worden. ***N.B. Zet de banden bij het dragen 's nachts iets losser.***

STOP DE BANDEN NIET IN HET KLEDINGSTUK. DE KLITTENBANDHAAK HOORT DE HUID NIET TE RAKEN!

STAP 5: Stel de banden zo nodig gedurende de dag bij, om stevige en comfortabele druk te behouden. De Comfort Compression Anklet™ kan overdag en 's nachts gedragen worden, maar het wordt aangeraden de enkelband af te doen als er ongemak wordt ervaren bij het liggen.

STAP 6: Zorg er bij het gebruik van een Comfort CoverUp™ voor dat alle haakjes van de Juxta-Fit™ legging vastzitten en schuif dan de Comfort CoverUp™ over het kledingstuk. Zet het aan de legging vast met de haakjes aan de bovenrand van de Comfort CoverUp™. ***N.B. De Comfort CoverUp™ kan gebruikt worden om te voorkomen dat er stof op de lusjes komt en om 's nachts andere stoffen te beschermen.***

Trek de banden strak tot er een stevige en comfortabele druk ontstaat, of als er instructies worden gegeven door een medewerker uit de zorgsector, volg dan de stappen hieronder om de druk te krijgen die wordt voorgeschreven.

HET GEBRUIK VAN HET BUILT-IN PRESSURE SYSTEM™ (BPS™):

STAP 1: Zoek de BPS™ kaart in de verpakking.

STAP 2: Begin met de onderste band en plaats de drukrichtlijn op het kledingstuk zoals de lijn op de kaart die gemarkeerd is met ▼.

STAP 3: Let op waar de tweede drukrichtlijn op het kledingstuk is in vergelijking met de juiste kleur in het drukbereik op de kaart (fig. A, B en C).

▲ **Fig. A** Juist afgesteld voor 30-50mmHg

▲ **Fig. C** Te veel spanning voor 30-50mmHg, Stel af naar 50mmHg+

▲ **Fig. B** Niet genoeg spanning voor 30-50mmHg

STAP 4: Als de drukrichtlijn op het kledingstuk te klein is (fig. B) of als de drukrichtlijn buiten het juiste drukbereik komt (fig. C), pas dan de band aan zodat de tweede richtlijn in lijn is met het voorgeschreven drukbereik (fig. A). Maak de band volledig los voor het opnieuw aanbrengen, als er teveel druk is aangebracht.

STAP 5: Herhaal de BPS™ stappen voor elke band, van beneden naar boven. Zorg ervoor dat de spanning aangehouden wordt van de schaal op de BPS™ kaart en op de onderste band. De banden kunnen gedurende de dag zo nodig bijgesteld worden om het voorgeschreven drukbereik vast te houden.

VERWIJDERING:
Maak iedere band van de legging los, beginnende bij de bovenste en werk zo naar beneden toe. Vouw iedere band terug op het kledingstuk. Rol de band niet strak op, anders buigt het haakje en neemt de sterkte ervan af. Als alle banden los zijn, moet het kledingstuk eruitzien als in het begin, om het zo eenvoudig opnieuw aan te trekken. Wanneer de Comfort Compression Anklet™ gebruikt wordt, schuif deze van de voet af. Als de Ankle-Foot Wrap™ gebruikt wordt, volg dan de aanwijzingen voor verwijdering van de enkelband. Schuif tenslotte de sok of Liner van het been.

Onthoud dat de Juxta-Fit™ legging nooit pijn moet doen. De legging moet stevig maar comfortabel aanvoelen. Als de druk aanmerkelijk toe- of afneemt tijdens het dragen, verstel de banden dan. Zorg er echter altijd voor dat de correct voorgeschreven druk gebruikt wordt. Zet de banden iets losser voor het dragen 's nachts. Elke groep verticale richtlijnen kunnen op een andere plaats op het been zitten, afhankelijk van de vorm en grootte van het been. Deze hoeven niet in het midden aan de voorkant van het been te zitten of op een andere specifieke plaats. De Comfort Compression Anklet™ kan overdag en 's nachts gedragen worden, maar er wordt aangeraden de Comfort Compression Anklet™ uit te doen als er ongemak wordt ervaren bij het liggen. De enkelband kan over de legging worden gedragen als er irritatie wordt ervaren door de geribbelde rand.

BIJ WAT VOOR PIJN DAN OOK, ONMIDDELLIJK DE JUXTA-FIT™ LEGGING UITDOEN EN UW ARTS RAADPLEGEN

HET PREMIUM PAKKET BEVAT:

Een (1) Juxta-Fit™ Standaard Premium Legging
Een (1) Paar Comfort Silver Leg Liners™ of Comfort Silver Knee-High Socks™

HET ESSENTIALS PAKKET BEVAT:

Een (1) Juxta-Fit™ Standaard Essentials Legging
Een (1) Paar Comfort Leg Liners™ of Comfort Knee-High Socks™

HET PAKKET KAN OOK BEVATTEN:

Een (1) Paar Comfort Compression Anklets™
Een (1) Comfort EZ Single-Band Ankle-Foot Wrap™
Een (1) Comfort PAC Band™

Als een van deze producten ontbreekt, neem dan alstublieft telefonisch contact op met de CircAid® klantenservice via (800)-CIRCAID (247-2243) of via e-mail op orders@circaid.com. Instructievideo's zijn te bekijken op www.circaid.com.

JUXTA-FIT™ PREMIUM BESTÅR AF: Nylon, Polyethylen Plastik, Polyurethan, Spandex, Sølv
JUXTA-FIT™ ESSENTIALS BESTÅR AF: Nylon, Polyurethan, Spandex, Sølv
COMFORT PAC BAND™ BESTÅR AF: Nylon, Polyurethan, Spandex
COMFORT COMPRESSION ANKLETS™(KOMFORT KOMPRESSION ANKELSOKKER™) BESTÅR AF: Nylon, Spandex
COMFORT LEG LINERS™(KOMFORT BENFOER™) BESTÅR AF: Bomuld, Lycra®, Microban® Antimicrobial
COMFORT KNEE-HIGH SOCKS™(KOMFORT KNÆSTRØMPER™) BESTÅR AF: Bomuld, Lycra®
COMFORT SILVER LEG LINERS™ / COMFORT SILVER KNEE-HIGH SOCKS™ (KOMFORT SØLV BENFOER™ / KOMFORT SØLV KNÆSTRØMPER™) BESTÅR AF: Bomuld, Lycra®, Sølvbeklædt Nylon
MÆRKATER BESTÅR AF: Polyvinyl Khlorid Plastisol eller Satin Acetat
DETTE PRODUKT INDEHOLDER SØLV. DETTE PRODUCT INDEHOLDER IKKE LATEX.

BRUGERVEJLEDNING: Lymphedema, andre former for Edema: Venous, Post Traumatisk, Post Kirurgisk, "Lipedema," Åreknuder (alle typer), Kronisk Vene Utilstrækkelighed (CVI), Venous Stasis Disease, Venous Valvular utilstrækkelighed (VVI), Vene utilstrækkelighed, Post Thrombotic Syndrome, Venous Ulcer (Stasis Ulcer), Angiodysplasia, Venous Eczema, Lipodermatosclerosis.
ADVARSLER: Nedsat eller manglende følelse i benet. Overfølsomhed overfor produktbestanddele.
KONTRAINDIKATIONER: Voldsom Perifær Arterie Sygdom, Septik Phlebitis, Phlegmasia Cerula Dolens, Ukompenseret Hjertefejl. Overfølsomhed overfor kompressions materialer. Moderat perifær aterie sygdom, Infektion i anklen og/eller foden.

CircAid Medical Products, Inc. tager ikke ansvar for skader pådraget under ukorrekt brug af det produkter. CircAid er et registeret varemærke og BPS, Built-In Pressure System, Juxta-Fit, Comfort Leg Liners, Comfort Silver Leg Liners, Comfort Knee-High Socks, Comfort Silver Knee-High Socks, Comfort EZ Single-Band Ankle-Foot Wrap, Comfort PAC Band, Comfort Compression Anklets, og Comfort CoverUp er varemærker under CircAid Medical Products, Inc. Velcro er et registeret varemærke hos Velcro USA, Inc. Lycra er et registeret varemærke hos INVISTA. Microban er et registeret varemærke hos Microban International, Ltd. ©2012 CircAid Medical Products, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

DANSK

COMPONENTS OF JUXTA-FIT™PREMIUM: Nylon, Polyethylene Plastic, Polyurethane, Spandex, Silver
COMPONENTS OF JUXTA-FIT™ESSENTIALS: Nylon, Polyurethane, Spandex, Silver
COMPONENTS OF COMFORT PAC BAND™: Nylon, Polyurethane, Spandex
COMPONENTS OF COMFORT COMPRESSION ANKLETS™: Nylon, Spandex
COMPONENTS OF COMFORT LEG LINERS™: Cotton, Lycra®, Microban® Antimicrobial
COMFORT KNEE-HIGH SOCKS™: Cotton, Lycra®
COMPONENTS OF COMFORT SILVER LEG LINERS™ / COMFORT SILVER KNEE-HIGH SOCKS™: Cotton, Lycra®, Silver Coated Nylon
LABELS: Polyvinyl Chloride Plastisol or Satin Acetate
THIS PRODUCT CONTAINS SILVER. THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN LATEX.

INDICATIONS FOR USE: Lymphedema, other forms of Edema: Venous, Post Traumatic, Post Surgical, "Lipedema," Varicose Veins (all types), Chronic Venous Insufficiency (CVI), Venous Stasis Disease, Venous Valvular Insufficiency (VVI), Venous Insufficiency, Post Thrombotic Syndrome, Venous Ulcer (Stasis Ulcer), Angiodysplasia, Venous Eczema, Lipodermatosclerosis.
CAUTIONS: Decreased or absent sensation in the leg, Sensitivity to product components.
CONTRAINDICATIONS: Severe Peripheral Arterial Disease, Septic Phlebitis, Phlegmasia Cerula Dolens, Decompensated Congestive Heart Failure, Allergy to compression materials, Moderate peripheral arterial disease, Infection in the ankle and/or foot.

CircAid Medical Products, Inc. assumes no liability for injury or damages resulting from contraindicated use of its products. CircAid is a registered trademark and BPS, Built-In Pressure System, Juxta-Fit, Comfort Leg Liners, Comfort Silver Leg Liners, Comfort Knee-High Socks, Comfort Silver Knee-High Socks, Comfort EZ Single-Band Ankle-Foot Wrap, Comfort Compression Anklets, and Comfort CoverUp are trademarks of CircAid Medical Products, Inc. Velcro is a registered trademark of Velcro USA, Inc. Lycra is a registered trademark of INVISTA. Microban is a registered trademark of Microban International, Ltd. ©2012 CircAid Medical Products, Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

BESTANDDELEN VAN JUXTA-FIT™ PREMIUM: Nylon, Polyethyleen Plastic, Polyurethaan, Spandex, Zilver
BESTANDDELEN VAN JUXTA-FIT™ ESSENTIALS: Nylon, Polyurethaan, Spandex, Zilver
BESTANDDELEN VAN COMFORT PAC BAND™: Nylon, Polyurethaan, Spandex
BESTANDDELEN VAN COMFORT COMPRESSION ANKLET™: Nylon, Spandex
BESTANDDELEN VAN COMFORT LEG LINERS™: Katoen, Lycra®, Microban® Antimicrobiëlen
BESTANDDELEN VAN COMFORT KNEE-HIGH SOCKS™: Katoen, Lycra®
BESTANDDELEN VAN COMFORT SILVER LEG LINERS™ / COMFORT SILVER KNEE-HIGH SOCKS™: Katoen, Lycra®, Nylon met Zilvercoat
BESTANDDELEN VAN LABELS: Polyvinylchloride Plastisol of Satijnacetaat
DIT PRODUCT BEVAT ZILVER. DIT PRODUCT BEVAT GEEN LATEX.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK: Lymfoedeem, andere oedemen: Aderlijk, Posttraumatisch, Postchirurgisch, "Lipedema", Spataderen (alle typen), Chronisch Aderfalen (CVI), Veneuze Stase, Veneuze Valvulaire Insufficiëntie (VVI), Posttrombotisch Syndroom (PTS), Veneuze Ulcera (Stasis Ulcer), Angiodysplasie, Veneus Eczeem, Lipodermatosclerosis.
LET OP: Verminderd of geen gevoel in het been, Gevoeligheid voor productbestanddelen.
NIET GEBRUIKEN BIJ: Ernstige Perifere Aderziekten, Septische Flebitis, Ontsteking van de diepe Beenaderen (Flegmatische Coerulea Dolens), Gedecompenseerd Congestief Hartfalen, Allergie voor compressiematerialen, Gematigde perifere aderziekten, Infecties in de enkel en/of voet.

CircAid Medical Products, Inc. is niet aansprakelijk voor letsel of schade voortvloeiend uit verkeerd (contra-geïndiceerd) gebruik van haar producten. CircAid is een geregistreerd handelsmerk en BPS, Built-In Pressure System, Juxta-Fit, Comfort Leg Liners, Comfort Silver Leg Liners, Comfort Knee-High Socks, Comfort Silver Knee-High Socks, Comfort EZ Single-Band Ankle-Foot Wrap, Comfort Compression Anklets, en Comfort CoverUp zijn handelsmerken van CircAid Medical Products, Inc. Velcro is een geregistreerd handelsmerk van Velcro USA, Inc. Lycra is een geregistreerd handelsmerk van INVISTA. Microban is een geregisteerd handelsmerk van Microban International, Ltd. ©2012 CircAid Medical Products, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NEDERLANDS